Kalibrační hodnoty základnových latí Zeiss BaLa (VÚGTK 1990-2005)									
Poř.č.	**Výr. č.**	**Evid. č.**	**Kompar. tepl.**	**Délka latě 2 + µm**		**Tloušťka skl.**	**Podélná excentricita**		**Max. stočení**
			°C	**líc**	**rub**	**mm**	**líc**	**rub**	**c**
1	17085	D3-4091	23,4	81,0	197,0	2,3	-0,8		
2	**36841**	**I3-2525**	**20,5**	**44,0**	**96,0**	2,7	0,6	2,1	11
3	36990	I3-2517	20,0	6,0	16,0	3,4	-0,2		
4	37009	I3-2522	20,1	33,0	71,0	2,4	0,5	2,0	3
5	39056	D3-39302	19,6	76,0	-15,0	2,3	0,3	-0,4	
6	494923		23,4	-8,6	-30,8	2,6	-0,7		
7	**495015**		**20,0**	**27,0**	282,0	2,2	0,3	-0,3	
8	495035		19,4	-27,6	-124,2	2,5	0,5	-0,4	
9	495073		-	-	-	-	-	-	-
10	**495075**		**20,0**	**39,8**	3,5	**2,2**	0,4	-0,3	
11	495076		23,5	52,5	2,5	2,3	-0,1	2,5	
12	**495137**		**20,0**	**116,7**	**27,6**	**2,2**	-0,2	0,3	